

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

dot. SZW/DZP/5/424/23

Odpowiedzi na pytania I

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania na „ Część 1: Zakup i dostawa 1 szt. ureterorenofiberoskopu dla Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, Część 2: Zakup i dostawa 1 szt. mini nefoskopu PCNL dla Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do mini PCNL który to zestaw charakteryzują się bezpieczną dla pacjenta otwartą konstrukcją z efektem hydrodynamicznym. Prosimy o dopuszczenie :

MiniPCNL – 1 zestaw

Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur mini PCNL, rozmiar tubusu 12 Fr., kąt patrzenia 12°, długość 22 cm, autoklawowalny, wyposażony w:

- okular skośny,
- osiowy kanał roboczy o rozmiarze min. 6,5 Fr. wyposażony w zdejmowany port z dwoma wejściami do wprowadzania instrumentów oraz podłączenia drenu napływowego; łączenie portu z nefroskopem poprzez szybkozłączce; jedno z wejść portu wyposażone w uszczelkę dwustopniową o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale oraz gdy jest wyjęty z kanału, drugie wejście portu wyposażone w przyłącze Luer z kranikiem.

W zestawie kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania nefroskopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu podczas mycia w myjni automatycznej.

- 1 zestaw

Port z jednym kanałem instrumentowym oraz zaworem typu Luer z kranikiem do podłączenia napływu – 1 szt.

Płaszcz operacyjny 15/16 Fr., dł. 18 cm, dla pacjenta ułożonego na plecach – 1 szt.

Rozszerzadło, z kanałem na drut prowadzący, do zast. z płaszczem operacyjnym 15/16 Fr. – 1 szt.

Płaszcz operacyjny 16,5/17,5 Fr., dł. 18 cm, dla pacjenta ułożonego na plecach – 1 szt.

Rozszerzadło, z 2 kanałami na drut prowadzący, do zast. z płaszczem operacyjnym 16,5/17,5 Fr. – 1 szt.
Światłowód endoskopowy, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt.
Kleszcze chwytające, bransze trójramienne, ząbkowane, dł. 36 cm, uchwyt sprężynowy – 1 szt.
Kleszcze chwytające, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm – 1 szt.
Taca drucziana z składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm wraz pokrywą, wkładem silikonowym, kołkami mocującymi oraz paskami silikonowymi – 1 zestaw.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Udzielona gwarancja odnosi się do pojęcia gwarancji jakości zdefiniowanego w kodeksie cywilnym, w związku z czym gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Zakres natomiast dostawy opisany jest w opisie przedmiotu zamówienia. Natomiast pojęcie wady, również zostało określone w przepisach ogólnych, tj. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

- 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- 4) została kupującemu wydana w stanie niezupelnym.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wymiany/ naprawy do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 21 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

4. Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę/ wymianę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Par 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku opóźnienia Wykonawcy, w realizacji zgłoszenia reklamacyjnego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony umową. Kara umowna nie będzie naliczana, jeżeli na czas naprawy zostanie dostarczone i zainstalowane urządzenie zastępcze, o tożsamy lub lepszych parametrach niż zaoferowane w ramach zawartej umowy.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności: taca drucziana wraz z elementami które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania zankaiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy §9 ust. 1 do 0,5%?

Odpowiedź Zamawiającego: Jak dotychczas. Kary umowne muszą spełniać swoją rolę, w tym rolę stymulującą do należytego wykonania umowy.