

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek reanimacyjny/ ratunkowy

Wózek reanimacyjny powinien być wykonany ze stali, aluminium oraz ABS. Wózek powinien być wyposażony w 3 lub 5 dużych szuflady z konfigurowalnymi przegródkami. Wózek powinien posiadać szuflady zamykane na zamek centralny. Wózek powinien posiadać półkę pod defibrylator z paskami mocującymi oraz wysięgnik na kroplówkę z regulacją wysokości z 2 haczykami. Wózek powinien posiadać półkę lub kosz na/ pod ssak. Wózek powinien posiadać wysuwany blat pomocniczy. Ponadto wózek powinien posiadać min. 1 x kosz na odpady, miejsce na pojemnik na ostre przedmioty. Wózek powinien posiadać: przestrzeń na cewniki oraz przestrzeń na butlę z tlenem. Wózek powinien posiadać listwę elektryczną z 4 gniazdami. Wózek powinien posiadać 4 koła jezdne.