

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Nazwa zamówienia: „Sprzęt medyczny konieczny do zapewnienia funkcjonowania procedur wprowadzonych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – WÓZEK REANIMACYJNY – 13 szt.”

Numer referencyjny: SZW/DZP/5/516/24

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z zamiarem przystąpienia do niniejszego postępowania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień.

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazując materiały, z których ma być wykonany wózek reanimacyjny, wymaga wózka reanimacyjnego, którego rama podstawy wykonana jest ze stali, narożniki konstrukcyjne z aluminium anodowanego, boki i ściany wózka z tworzywa sztucznego, a z tworzywa ABS wykonany są blat górny, podstawa wózka, szuflady oraz wysuwany blat boczny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza dane zawarte w pytaniu.

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga zaoferowania wózka posiadającego przestrzeń na cewniki i przestrzeń na butlę z tlenem, które są wbudowane w konstrukcję wózka, co zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniem przy jego przemieszczaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza dane zawarte w pytaniu.

Termin płatności

1. Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności.

Termin wykonania zamówienia

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji z 30 dni do 45 dni od zawarcia umowy. Wskazany przez Zamawiającego termin realizacji jest zbyt krótki dla ilości wózków będącej przedmiotem zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż wózki są wyrobem produkowanym na zamówienie, z indywidualnie dopasowanym wyposażeniem do potrzeb klienta, a czas ich produkcji jest niemożliwy do skrócenia, tym bardziej przy tak dużej ilości sztuk jak wymagana. Ponadto występuje konieczność sprowadzenia wyrobu z zagranicy, co przyczynia się do wydłużenia terminu dostawy. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji, ale sprzęt nie może być później niż 10 listopada 2024r. na terenie Szpitala (zamawiającego), gotowy do użytkowania. Zamawiający dopuszcza dostarczenie asortymentu w 2 turach, jedną w okresie np. 30 dni lub jak najszybciej, a drugą w okresie do 10 listopada 2024r.

Umowa § 6 ust. 8

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu przystąpienia do diagnozowania Sprzętu z wadą w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji z 48 do 72 godzin od daty zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Umowa § 6 ust. 9

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu, o którym mowa w Umowie § 6 ust. 9, z 48 do 72 godzin od daty zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Umowa §6 ust. 10

Prosimy Zamawiającego o weryfikację poprawności zapisu §6 ust. 10, który odnosi się do terminu, o którym mowa w ust.11. Ustęp 11 odnosi się natomiast do usunięcia wady w okresie gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Paragraf 6 ust 9 otrzymuje nowe brzmienie:

9. W terminie 72 godzin od daty zgłoszenia wady Wykonawca :

1) usunie wadę albo

2) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie – brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.

3) Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 9 i 10 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.

10. W uzasadnionych przypadkach, za które winy nie ponosi Wykonawca (np. konieczność sprowadzenia części podlegających wymianie spoza granic kraju) termin, o którym mowa w ust. 9 na pisemny wniosek Wykonawcy może zostać wydłużony do 10 dni roboczych. Wydłużenie terminu, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, odbywa się za pisemną zgodą Zamawiającego.

Umowa §8 ust. 1 pkt. 1

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust.3, do wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, która wydaje się adekwatna do wartości przedmiotu zamówienia. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W ocenie Wykonawcy zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Bez zmian. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

Umowa §8 ust. 1 pkt. 2

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze do wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu obciążonego wadą, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, która wydaje się adekwatna do wartości przedmiotu zamówienia. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Bez zmian. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

Umowa §8 ust. 1 pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi do wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu obciążonego wadą, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, która wydaje się adekwatna do wartości przedmiotu zamówienia. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Bez zmian. Kara umowna musi spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.