

Odpowiedź na pytanie - „ Zakup z dostawą manipulatorów i haczyków okulistycznych”
nr sprawy SZW/DZP/5/88/22

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Treść pytania: Haczyk okulistyczny - czopper zagięty pod kątem 60 stopni i 90 stopni:
proszę o wyjaśnienie co oznacza kąt zagięcia. Czy to chodzi o zagięcie krawędzi tnącej narzędzia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dotyczy to kąta ustawienia ostrza, co zmienia kąt, pod którym jest wykonywane nacięcie.



SZPITAL
WOJEWÓDZKI W POZNANIU