

Dotyczy zapytania ofertowego na: Dostawę środków myjących, dezynfekujących i konserwujących do automatycznych myjek-dezynfektorów oraz manualnej dekontaminacji i pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z napędem. Znak sprawy: SZW/DZP/5/441/22

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie 1:

Załącznik nr 3 poz. 1,2,3,4,5,6,10,11,13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli, że w/w pozycjach oferent ma wycenić ilość zgodnie z wielkością opakowania opisanego w kolumnie „ przedmiot i opis” tj. np. dla pozycji nr 1: 45 opakowań preparatu o pojemności 20 l.

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak do wszystkich pozycji oferent ma wycenić ilość zgodnie z wielkością opakowania opisanego w kolumnie „ przedmiot i opis”.**

Pytanie 2:

Załącznik nr 3 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający w/w pozycji oczekują opakowania 20 l.

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak – 20l**

Pytanie 3:

Załącznik nr 3, poz. 12

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w SWZ, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego o nazwie handlowej Aniosyme Prime (ANIOS), dotychczas dostarczanego do Zamawiającego: spektrum działania: B (EN13727), V (EN14476) do 5 min, F (C.albicans) do 15 min, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 4:

Załącznik nr 3, poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego o nazwie handlowej Aniosyme XL3 (ANIOS), neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego; z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych; zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze; spektrum:

* B i drożdżakobójcze (wg. VAH - warunki brudne) - 0,5% w 15min

* B (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 - warunki brudne) - 0,5% w 5min

* drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) - 0,5% w 5min

* pratki grzyźlicy (zgodnie z EN 14348 i EN 14563 - warunki brudne) - 1% w 30min, 2% w 15min

* V osłonkowe (zgodnie z EN 14476 / EN 17111 - warunki brudne) - 0,5% w 15min

Konfekcjonowany w opakowania: 1 litrowa butelka z wbudowanym dozownikiem i 5 litrowy kanister

Odpowiedź Zamawiającego: **Zgodnie z SWZ**

Dotyczy zapytania ofertowego na: Dostawę środków myjących, dezynfekujących i konserwujących do automatycznych myjek-dezynfektorów oraz manualnej dekontaminacji i pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z napędem. Znak sprawy: SZW/DZP/5/441/22

Pytanie 5:

Załącznik nr 3 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający w/w pozycji oczekuję opakowania 500 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak – 500ml**

Pytanie 6:

Załącznik nr 3 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający w/w pozycji oczekuję opakowania 500 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak - 500ml**

Pytanie 7:

Dot. projektu umowy § 5 ust. 2 ,

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli dostawę w ciągu 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak 3 dni roboczych.**

Pytanie 8:

Do SWZ

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie terminu dostawy do 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie terminu dostawy do 5 dni roboczych.**