

Poznań, dnia 22.09.2026

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Nazwa zamówienia: **„Zakup sprzętu endoskopowego.”**

Numer referencyjny: SZW/DZP/5/348/26

ODPOWIEDZI II

Pytanie 1, lp. 15

Czy Zamawiający dopuści sprzęt posiadający 24 miesięczną gwarancję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza 24-miesięcznego okresu gwarancji. Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w lp. 15 OPZ, zgodnie z którym Wykonawca zapewni co najmniej 36-miesięczną pełną gwarancję prawidłowego działania oferowanych elementów/wyrobów oraz wszystkich elementów peryferyjnych, na warunkach określonych w OPZ.

Pytanie 2, lp. 16

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących gwarancji. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja oraz zobowiązania Wykonawcy do utrzymania urządzenia w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej nie obejmują uszkodzeń, awarii lub nieprawidłowego działania wynikających z użytkowania wyrobu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokumentacją producenta, przeznaczeniem wyrobu lub zaleceniami serwisowymi? Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania urządzenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że pełna gwarancja określona w lp. 16 OPZ nie obejmuje uszkodzeń powstałych wyłącznie i bezpośrednio wskutek zawinionego użytkowania oferowanego elementu/wyrobu przez Zamawiającego w sposób niezgodny z instrukcją używania, przeznaczeniem wyrobu lub udokumentowanymi zaleceniami producenta, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę związku przyczynowego pomiędzy takim sposobem użytkowania a powstałym uszkodzeniem, awarią lub nieprawidłowym działaniem.

Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za wady oferowanego elementu/wyrobu, jego awarie, nieprawidłowe działanie ani inne zdarzenia objęte gwarancją, jeżeli ich przyczyna nie została wykazana jako wynik niewłaściwego użytkowania przez Zamawiającego. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w lp. 16 OPZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści rok zaoferowanego sprzętu – nie starszy niż 2025?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza oferowanych elementów/wyrobów wyprodukowanych w 2025 roku. Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w lp. 4 OPZ, zgodnie z którym rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2026 r., a oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nierekondycjonowany i niepowystawowy