

Poznań, dnia 23.09.2026

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Nazwa zamówienia: **„Zestaw do litotrypsji układu moczowego.”**

Numer referencyjny: SZW/DZP/5/349/26

ODPOWIEDZI I

Pytanie 1

Dot. poz. III. - **KOSZ DO STERYLIZACJI URETERORENOSKOPU GIĘTKIEGO – 3 Sztuki.**

Czy zamawiający dopuści alternatywny kosz do sterylizacji endoskopów o wymiarach wewnętrznych 491x259x64 mm?). W oferowanym rozwiązaniu optyka endoskopowa jest skutecznie zabezpieczona przed przemieszczaniem za pomocą silikonowych mat typu „jeż”, co zapewnia jej stabilne i bezpieczne ułożenie podczas transportu oraz procesu sterylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. poz. VI. - **KOSZ DO STERYLIZACJI ENDOSKOPU SZTYWNEGO – 1 Sztuka.**

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci stalowego, drucianego kosza do sterylizacji o wymiarach 620 × 240 × 100 mm, wyposażonego w zamykaną pokrywę oraz silikonowe pozycjonery umożliwiające stabilne i bezpieczne zamocowanie oraz ochronę optyki endoskopowej podczas procesu sterylizacji i transportu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.