

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

dot. „Wykonanie przeglądów i napraw wraz z wymianą części eksploatacyjnych urządzeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” SZW/DZP/5/1021/22 powtórzenie

### Odpowiedzi na pytania II:

#### **Pytanie nr 1 (dot. formularza ofertowego, pkt. 1, umowy § 6, pkt. 2)**

Przedmiotem zamówienia są planowe przeglądy techniczne, których wartość określa załącznik nr 3 – formularz cenowy oraz wykonanie napraw wraz z wymianą części eksploatacyjnych, których wartość nie jest określona, a jedynie koszt roboczogodziny i dojazdu.

Kwota podana w formularzu ofertowym, pkt. 1, ppkt 1 i 2 określa tylko wykonanie przeglądów technicznych, nie określa wykonania całego przedmiotu zamówienia.

Prosimy o stosowną zmianę zapisów w formularzu ofertowym oraz uwzględnienie zmian również we wzorze umowy § 6, pkt. 2. Wartość umowy to wartość przeglądów technicznych z formularza cenowego oraz wartość napraw i wymiany części, którą można jedynie szacować na podstawie zleceń z poprzednich lat oraz aktualnych stawek za roboczogodzinę i dojazd.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przeglądów i napraw wraz z wymianą części eksploatacyjnych urządzeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Wykonawca sporządza ofertę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) na formularzu ofertowym i formularzu cenowym.

Kwota na naprawy będzie określona dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty.

#### **Pytanie nr 2 (dot. umowy § 3, pkt. 2 i 5)**

Czy Zamawiający zmieni termin wykonania naprawy do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia/zaakceptowania oferty przez Zamawiającego?

Czy Zamawiający zmieni termin zdiagnozowania usterki do 2 dni roboczych?

24 godziny na diagnozę, akceptację ofertę i wykonanie naprawy jest terminem nierealnym.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie naprawy w terminie max. do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia/zaakceptowania oferty przez Zamawiającego.

Zamawiający wyraża zgodę na termin zdiagnozowania usterki do 2 dni roboczych.